

令和8年4月14日公告 AED（自動体外式除細動器）賃貸借に係る質問

質問項目	質問内容	回答
1 仕様書 機器の規格等	「JRC蘇生ガイドライン2025に対応」とありますが、日本版緊急蘇生ガイドラインは、2020年版が発行され、2025年版は発行されておられません。2020年版対応で、よろしいでしょうか。	可とします。
2 仕様書 機器の規格等	消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に、二次元コード読取で交換要領が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者へ交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。 弊社では消耗品の期限を管理しておりますので、電極パッドは概ね2年毎（期限が切れる1ヶ月前）に交換し、バッテリーは48ヶ月目に交換しますがよろしいでしょうか。 AED使用時には、弊社コールセンターへご連絡頂き、二次元コード読取で交換要領が分かる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者へ交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。	可とします。
3 適合規格確認票 規格・性能等	「使用者がボタンを押下することにより通電が可能」とありますが、日本光電工業製AED3200をご承認いただけますでしょうか。性能表を添付しますので、回答をお願いします。 日本光電工業製AED3200は、心電図解析後に電気ショックが必要と判断されれば、AEDの本体が電気ショックを実行するオートショックAEDです。 オートショックAEDにより、適切なタイミングで電気ショックを実行することが出来るほか、救助者の方の心理的負担軽減になるとされています。	可とします。
4 契約履行実績証明書	※2（契約期間が令和7年度に及ぶものについては、完了したもののみ記載可）とありますが年度は令和7年度ではなく、令和8年度に及ぶものの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。